

新泰市人民医院

医疗设备自行采购项目公告

一、采购项目编号及项目名称：XTSYY2022—ZG 010

手术室用插件式监护仪 1 台

二、采购范围及项目介绍：

根据医院领导班子研究决定，急需采购手术室用插件式监护仪 1 台，具体参数如下：

A、监护仪结构：

1. ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥5个,支持扩展8槽位插件箱
2. ★≥17.5英寸彩色触摸屏，高分辨率达1920*1080像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节
3. 工作海拔高度≥4550米，满足高原地区
4. 采用无风扇设计
5. 可内置高能锂电池，供电时间≥2小时
6. ★配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备
7. 配备三联屏显示，原机显示，挂墙4k高清电视≥47英寸，操作间配显示器≥21英寸

B、监测参数：

8. ★基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

9. ★基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计
10. 支持3/5导心电监测
11. 支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析
12. ★支持≥4通道心电进行多导心电分析
13. ★提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段
14. 支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm
15. 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示
16. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式
17. 无创血压监测适用于成人，小儿和新生儿
18. NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg
19. 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测
20. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7
21. 配置双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测
22. 有创压监测适用于成人，小儿和新生儿
23. IBP有创压测量范围：-50~360mmHg
24. 提供肺动脉楔压（PAWP）的监测和PPV参数监测
25. 支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求
26. ★配置EtCO₂监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换
27. ★支持升级模块，进行BIS，NMT参数监测，并通过三类注册

28. 支持升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

C、系统功能：

29. 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

30. ★标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料

31. 支持≥120 小时趋势表、趋势图回顾

32. 支持≥1000 条事件回顾。每条报警事件至少能够存储 32 秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

33. ★具备≥40 小时全息波形的存储与回顾功能

34. 支持≥120 小时 ST 波形片段的存储与回顾

35. ★患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

36. 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

37. 支持与除颤监护仪，遥测合并联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

D、产品设计与认证

38. 产品通过国家 III 类注册和 FDA 认证

39. 产品设计使用年限≥8 年

三、参与资格要求：

1、供应商的要求及在采购会议当天需提供的资料文件一式三份

2、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

- 3、**参会供应商**应提供以下资料(复印件加盖鲜章)：
- 4、营业执照、税务登记证、组织机构代码证(副本,必须经过有效年检)或有效的三证合一证件；
- 5、如有医疗器械生产许可证和医疗器械经营许可证,需提供副本复印件并加盖公章；
- 6、如是医疗器械,提供医疗器械产品注册证和注册登记表(必须在供货期内保持有效)；
- 7、如有国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；
- 8、经办人授权委托书(原件),法人、经办人身份证复印件；
- 9、所投产品彩页。
- 10、**参会供应商**应承诺能够按照购销合同规定的品牌、产地、质量、价格、规格、有效期及时供货。如成交后不能满足采购方需求,直接影响医院工作,且造成直接或间接经济损失及负面影响的,将停止供货,并按照相关法律及规定承担赔偿责任。
- 11、以上所有资料文件需装订成册

四、本次采购项目预算控制价不超人民币 16 万元,以实际中标价格为交钥匙项目,医院方不再另出费用,且满足医院方需求为最终验收标准。

五、采购方式说明：

- 1、**我院**根据**供应商**推荐的产品,在满足需求和预算要求的条件下,综合评定产品的性能、价格,供应商业绩及售后服务情况,评选出**中标供应商**,**采购结果不予公示**；如**采购结束后**有特殊情况需再度议价届时将另行通知相关事宜。

